

Manual

High tension probes

Hochspannungsmessköpfe

Hoogspanningsmeetkoppen

Sondes à haute tension

Sondas de alta tensión

PHILIPS

GM 6070 - GM 6071

66 402 53.1-10

1/163

PHILIPS *Service*



11-2-63	GM 6070 - GM 6071	Cd 352
---------	-------------------	--------

**Information
PIT-EMA**

Re.: Errata

- The valve voltmeter PM 2405 mentioned in "Introduction" of chapter I must be crossed out.
- The last point of chapter V "Connection" which reads "when the valve voltmeter PM 2405 is used" must also be crossed out.
- In chapter VIII "Checking the GM 6071" the valve voltmeter PM 2405 must be crossed out.

Betr.: Errata

- De in hoofdstuk I "Introductie" genoemde buisvoltmeter PM 2405 moet worden geschrapt.
- Het laatste punt "Bij gebruik van de buisvoltmeter PM 2405" uit hoofdstuk V "aansluiting" moet worden geschrapt.
- In hoofdstuk VIII "Controle GM 6071" moet de buisvoltmeter PM 2405 worden geschrapt.

Concerne: Errata

- Le voltmètre électronique PM 2405 mentionné au chapitre I "Introduction" doit être barré.
- Le dernier point "En utilisant le voltmètre électronique PM 2405" du chapitre V "Connexions" doit être barré.

*Handleiding 11***I. INTRODUCTIE**

De meetkoppen GM 6070 en GM 6071 worden in combinatie met een buisvoltmeter, gebruikt voor het meten van hoge gelijkspanningen (tot 30 kV).

De GM 6070 wordt met de buisvoltmeter GM 6000, de GM 6071 met de buisvoltmeters GM 6001 en PM 2405 gebruikt.

De meetkoppen zijn zeer eenvoudig in het gebruik en daardoor bijzonder geschikt om in de servicewerkplaats snelle metingen te verrichten aan televisie-ontvangers, grootbeeld-projectie-apparaten en andere apparaten die met hoge spanningen werken.

II. BESCHRIJVING

Beide meetkoppen bevatten een hoge weerstand van 990 M Ω (R1, fig. 1). Deze weerstand vormt met de ingangsweerstand van de buisvoltmeter een spanningsdeler.

De meetkop GM 6071 bevat bovendien een in het stekershuis gemonteerde weerstand van 11,1 M Ω (R2, fig. 1), die parallel wordt geschakeld aan de ingangsweerstand van de buisvoltmeter waarmee de meetkop wordt gebruikt.

Hierdoor hebben beide meetkoppen een verzwakking van 100 \times verkregen.

III. TECHNISCHE GEGEVENS

Wanneer in onderstaande gegevens eigenschappen zijn uitgedrukt in getalwaarden met opgave van een tolerantie, dan worden deze gegarandeerd. Getalwaarden zonder tolerantie dienen ter oriëntatie en geven de eigenschappen aan van een gemiddelde meetkop.

Elektrisch

Verzwakking	100 \times
Ingangsweerstand	1000 M Ω
Maximale onnauwkeurigheid	10% (hierin is de onnauwkeurigheid van de gebruikte buisvoltmeter opgenomen)
Maximaal toelaatbare ingangsspanning	30 kV

Mechanisch

De meetkop heeft een metalen handvat met beschermring die door middel van een aardsnoer wordt geaard; hierdoor is een goede beveiliging verkregen bij het meten van hoge spanningen.

12 Handleiding

Afmetingen: lengte (inclusief meetpen)	180 mm
diameter van de beschermring	40 mm
diameter van de meetkop	25 mm
Gewicht: 230 g	

IV. AARDING

De meetkop kan op twee manieren worden geaard.

- Via de aardbus van de buisvoltmeter waarop de meetkop is aangesloten. Bus „0” en de aardbus van de buisvoltmeter moeten worden doorverbonden.
- Via het aardsnoer van de hoogspanningsmeetkop, dat met de beschermring een beveiliging geeft in geval van overslag.

V. AANSLUITING

- Bij gebruik van de buisvoltmeter GM 6000 dient de meetkop GM 6070, via de steker met 4 mm-pennen, op de klemmen „V—” te worden aangesloten. De bussen „0” en „ $\frac{1}{3}$ ” van de GM 6000 moeten worden doorverbonden.
- Bij gebruik van de buisvoltmeter GM 6001 dient de meetkop GM 6071 op de klemmen „0,3–300 V—” te worden aangesloten. De bussen „0” en „ $\frac{1}{3}$ ” van de GM 6001 moeten worden doorverbonden. De meetkop kan worden gebruikt vanaf de stand „3 V” van de meetgebiedenschakelaar.
- Bij gebruik van de buisvoltmeter PM 2405 dient de meetkop GM 6071 op de klemmen „V—” en „ $\frac{1}{3}$ ” te worden aangesloten.

VI. BEDIENING

Nadat de nulpuntinstelling en de gevoeligheid van de voltmeter zijn gecontroleerd (zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de buisvoltmeter), wordt de meetkop aangesloten.

Wanneer de meetgebiedenschakelaar van de buisvoltmeter op „300 V” staat, komt de maximale wijzeruitslag overeen met een spanning van 30 kV; in de stand „100 V” kan maximaal 10 kV gemeten worden, enz.

VII. VERVANGING VAN DE WEERSTANDEN (zie fig. 1).

Weerstand R1

- Draai de beschermring los.
- Trek het plasticen huis (2) tezamen met weerstand R1 uit het handvat.
- Verwijder de weerstand en de drukveer (3) uit het huis.

Weerstand R2 (alleen aanwezig in de GM 6071)

- Verwijder de schroef aan de achterzijde van de steker.
- Schuif het stekershuis (9) van het stekerblok (12).
- Soldeer de weerstand los.

VIII. CONTROLE

GM 6070

- Sluit de meetkop aan op een buisvoltmeter GM 6000.
- Zet de meetgebiedenschakelaar in stand „3 V \dots ”.
- Zet de functiekeuzeschakelaar in stand „+ V \dots ”.
- Voer een positieve gelijkspanning van 270 V (+ of - 2%) toe aan de meetkop.
- De aanwijzing van de meter van de GM 6000 moet tussen 240 V en 300 V liggen.

GM 6071

- Sluit de meetkop aan op een buisvoltmeter GM 6001 of PM 2405.
- Ga vervolgens te werk als beschreven bij de GM 6070.
- De aanwijzing van de meter van de GM 6001 of van de PM 2405 moet tussen 240 V en 300 V liggen.

IX. LIJST VAN ONDERDELEN

Pos.	Aantal	Codenummer	Omschrijving	S	Minimale basisvoorraad			
					Aantal apparaten			
					1	3	5	10
1	1	M7 318 52	Meetpen	*	1	2	3	4
2	1	P5 656 41/04	Huis	*	-	1	2	3
3	1	M7 214 06	Drukveer	*	1	1	2	3
4	1	M7 701 03	Contactbus	*	-	-	1	1
5	1	978/22	Krokodillebekklem	**	-	-	1	1
6	1	M7 284 17	Bus	*	-	-	1	2
7	1,5 m	R 785 KA/02J8	Snoer (grijs)		1,5 m	3 m	3 m	4,5 m
8	1 m	R 783 KA/03J	Aardsnoer (zwart)		1 m	2 m	2 m	3 m
9	1	P5 657 84/486HH	Stekershuis	*	-	1	1	2
10	1	M7 343 36	Stekerpen	*	-	-	1	2